

Biecz, 15 października 2025 roku

dotyczy: Oferta na zakup i dostawę defibrylatorów AED w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej oraz szkolenia z zakresu OLiOC dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bieczu, sołtysów, jednostek OSP i KGW”.

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców skierował zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo do postępowania defibrylator : Bez automatycznego dostosowywania komunikatów głosowych do tempa działań osoby udzielającej pomocy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w treści pkt. 10 załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr ZK.5556.17.2025.

Pytanie nr 2

Czy dopuszczają Państwo do postępowania defibrylator z protokołem defibrylacji:

Dorosły : 170 - 195 J ± 5%

Dziecko : 44 - 51 J ± 5%

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 12 załącznika nr 3 do zapytania ofertowego nr ZK.5556.17.2025.

Zapis: „Automatyczny dobór parametrów wyładowania w zakresie 140–160 J w zależności od analizy rytmu pacjenta”.

zostaje zastąpiony zapisem:

„Parametry wyładowania powinny być zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi w zakresie defibrylacji dorosłych i dzieci”.

Co dopuszcza proponowany zapis.

Wprowadzone zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego. Pozostałe zapisy w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego nr ZK.5556.17.2025 pozostają bez zmian.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia termin składania ofert do 21.10.2025 r. do godziny 10:00.

BURMISTRZ

mgr Mirosław Wędrzychowicz

