

Biecz, 4 listopada 2025 roku

ZK.5556.21.2025

dotyczy: Oferta na zakup i dostawę defibrylatorów AED w ramach zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do działań ratowniczych w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej oraz szkolenia z zakresu OLiOC dla pracowników Urzędu Miejskiego w Bieczu, sołtysów, jednostek OSP i KGW”.

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców skierował zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy dopuszczają Państwo do postępowania defibrylator AED (produkcja X.2024r) nie odbiegając znacząco od Państwa opisu o podanej specyfikacji :

- Dostarczany z 3 zaprogramowanymi językami
 - Funkcja wykrywania rozrusznika serca
 - Lekki , poniżej 2 kg z baterią
- Elektrody z okresem trwałości 2 lat od daty produkcji
Bateria z okresem trwałości : 5 lat od daty instalacji
Dostępny w wersji półautomatycznej oraz w pełni automatycznej
- Klasa IP 55
 - Łatwe przełączanie trybu dorosły/dziecko za pomocą przycisku
 - Aktualny z najnowszymi wytycznymi ERC
 - Czytelny wyświetlacz wskazujący: stan baterii, stan elektrod
 - Elektrody uniwersalne dla dzieci oraz dorosłych
 - Auto testy : codzienne, tygodniowe, miesięczne
 - Akcja zapisuje się na karcie SD
 - Wewnętrzna karta SD , Komunikacja IR

SPECYFIKACJA :

Ogólne

- Wymiary : 200 x 286,5x 90 mm
- Waga : ok. 1,95 kg wliczając baterię (bez elektrod)

Defibrylator

- Dorosły : 170 - 195 J \pm 5%
- Dziecko : 44 - 51 J \pm 5%

EKG

- Odprowadzenie : II (RA,LL)
- Zakres impedancji : 25 - 200 ohm

Wyświetlacz

- Przyciski kontrolne : Przycisk włączania/wyłączania,
- przycisk defibrylacji, przycisk wyboru defibrylacji dorosły/dziecko, wybór języka
- Wskaźniki wizualne : Status AED, Status baterii, Status elektrod, Status temperatury , LED
- Wskaźniki dźwiękowe: Komendy głosowe, Komendy CPR, Krytyczny stan baterii, błędny auto-test urządzenia, alarm nieprawidłowej pracy urządzenia

Autotesty

- Cykle : codzienny, tygodniowy, miesięczny

Umieszczony w walizce typu PELI (zgodnie z Państwa opisem przedmiotu zamówienia)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do postępowania defibrylatora wyprodukowanego w październiku 2024 r., którego parametry odbiegają od wymagań określonych w specyfikacji.

W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytanie wykonawcy Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.



BURMISTRZ
mgr Mirosław Wędrychowicz