

Defibrylator AED - 5 sztuk

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, automatycznych lub półautomatycznych defibrylatorów typu AED, przeznaczonych do udzielania pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenia muszą być kompletne, gotowe do użycia oraz w pełni zgodne z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Każdy defibrylator powinien spełniać minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne określone w niniejszej specyfikacji.

1. defibrylator AED automatyczny lub półautomatyczny,
2. bateria nieładowalna, żywotność min. **4 lata** lub do 200 wyładowań od pierwszego użycia,
3. Elektrody: 1 komplet dla dorosłych, 1 dla dzieci lub elektrody samoprzylepne dla dorosłych z możliwością użycia w trybie pediatrycznym.
4. kompatybilny klucz pediatryczny do aktywacji trybu niemowlę/dziecko lub równoważne
5. walizka ochronna o podwyższonej odporności mechanicznej i środowiskowej
6. Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad.
7. Musi posiadać **oznaczenie CE** i deklarację zgodności z dyrektywą medyczną (93/42/EEC lub MDR) lub równoważną
8. Instrukcja obsługi w języku polskim.
9. Intuicyjne prowadzenie użytkownika za pomocą komunikatów głosowych w języku polskim i instrukcji graficznych.
10. Automatyczne dostosowanie komunikatów głosowych do tempa działań osoby udzielającej pomocy.
11. Możliwość stosowania zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci (za pomocą klucza pediatrycznego lub rozwiązanie równoważne).
12. Automatyczny dobór parametrów wyładowania w zakresie 140–160 J w zależności od analizy rytmu pacjenta,
13. Gotowość do wyładowania w czasie nie dłuższym niż 10 sekund po zakończeniu uciśnięć klatki piersiowej.
14. Klasa odporności środowiskowej: co najmniej IP55 (odporność na wodę i pył).
15. Praca w zakresie temperatur zgodnym z normami dla urządzeń ratowniczych.
16. Elektrody: 1 komplet dla dorosłych, 1 dla dzieci lub uniwersalne
17. Wskaźnik informujący o gotowości urządzenia do użycia.
18. Możliwość zgrywania danych na komputer (USB lub bezprzewodowo)..
19. Zasilanie: bateria z okresem przydatności minimum 5 lat oraz gwarancją minimum 4 lata lub do 200 wyładowań od pierwszego użycia.
20. Akcesorium umożliwiające przełączenie defibrylatora w tryb pediatryczny (niemowlę/dziecko), bez konieczności stosowania elektrod dziecięcych, kompatybilne z oferowanym defibrylatorem AED.
21. Akcesorium nie wymaga zasilania ani dodatkowej konfiguracji.
22. Walizka ochronna na urządzenie zapewniająca bezpieczny transport i przechowywanie defibrylatora AED w warunkach terenowych i stacjonarnych.

23. Obudowa walizki odporna na uderzenia, pyłoszczelna i wodoszczelna (min. klasa IP67).
24. Konstrukcja walizki odporna na działanie skrajnych temperatur: co najmniej od -40°C do +98,89°C.
25. Podwójne zatrzaski umożliwiające zamknięcie walizki oraz opcję zabezpieczenia kłódką.
26. Wnętrze walizki dopasowane do bezpiecznego przechowywania defibrylatora i akcesoriów.

Wymogi dodatkowe

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce
- Certyfikaty potwierdzające odporność i jakość wykonania walizki

BURMISTRZ
mgr Mirosław Wędrychowicz

OWASPA 100000

100000